

## 試験結果報告書

魚沼わたなべ農園 殿

 株式会社  
つくば分析センター  
Tsukuba Analysis Center Co., Ltd.  
〒305-0047 茨城県つくば市千現2丁目1-6  
TEL. 029(858)3100 / FAX. 029(858)3106  
計量証明事業登録(濃度) 茨城県第70号  
ISO/IEC17025 認定試験所(RTL03110)  
試験報告書署名者 土橋 幸司

御依頼のありました検体について、試験検査を行った結果を下記の通り御報告いたします。

### 記

受付年月日	2020年10月15日
受付番号	20005792-001
検体の名称	2年産 魚沼産コシヒカリ 有機玄米
試験項目	250 農薬
試験方法	平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」による。
参考基準	食品、添加物等の規格基準・・・ 米(玄米)

### 試験結果

試験の結果、試験対象農薬は検出されませんでした。  
(詳細は別紙報告書を参照のこと)

魚沼わたなべ農園

殿



〒305-0047 茨城県つくば市千現2丁目1-6  
TEL. 029(858)3100 / FAX. 029(858)3106  
計量証明事業登録(濃度) 茨城県第70号  
ISO/IEC17025 認定試験所(RTL03110)  
試験報告書署名者 土橋 幸司

受付年月日 2020年10月15日  
検体の名称 2年産 魚沼産コシヒカリ 有機玄米

御依頼のありました検体について、試験検査を行った結果を下記の通り御報告いたします。

試験項目	試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)	試験項目	試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)
1 2, 4-D	検出せず	0.01	0.1	46 オキシデメトンメチル	検出せず	0.01	0.02
2 2, 4-DB	検出せず	0.01	0.02	47 オメトエート	検出せず	0.1	1
3 4-クロロフェノキシ酢酸	検出せず	0.01	0.02	48 オリサストロビン	検出せず	0.02	0.2
4 BHC	検出せず	0.02	0.2	49 オリザリン	検出せず	0.01	0.01
5 DDT	検出せず	0.02	0.2	50 カフェンストール	検出せず	0.01	0.02
6 EPN	検出せず	0.01	0.02	51 カルバリル(NAC)	検出せず	0.1	1
7 EPTC	検出せず	0.01	0.1	52 カルフェントラゾンエチル	検出せず	0.01	0.08
8 MCPA	検出せず	0.01	0.1	53 カルプロバミド	検出せず	0.1	1
9 MCPB	検出せず	0.01	0.1	54 カルボスルファン	検出せず	0.01	0.2
10 γ-BHC (リンデン)	検出せず	0.03	0.3	55 カルボフラン	検出せず	0.01	0.1
11 アシベンゾラル-S-メチル	検出せず	0.01	0.1	56 キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル	検出せず	0.01	—
12 アジメスルフロ	検出せず	0.01	0.02	57 キノクラミン(ACN)	検出せず	0.01	0.02
13 アセタミプリド	検出せず	0.01	—	58 キンクロラック	検出せず	0.1	5
14 アゾキシストロビン	検出せず	0.02	0.2	59 キントゼン(PCNB)	検出せず	0.01	0.02
15 アミスルプロム	検出せず	0.01	0.05	60 クミルロン	検出せず	0.01	0.1
16 アルドリ	検出せず	0.01	0.01	61 クロジナホッププロパルギル	検出せず	0.01	0.02
17 イソキサジフェンエチル	検出せず	0.01	0.1	62 クロチアニジン	検出せず	0.1	1
18 イソキサチオン	検出せず	0.01	—	63 クロマゾン	検出せず	0.01	0.02
19 イソチアニル	検出せず	0.03	0.3	64 クロマフェノジド	検出せず	0.02	0.2
20 イソプロカルブ	検出せず	0.05	0.5	65 クロメプロップ	検出せず	0.01	0.02
21 イソプロチオラン	検出せず	0.1	10	66 クロラントラニリプロール	検出せず	0.01	0.05
22 イナベンフィド	検出せず	0.01	0.05	67 クロルスルフロ	検出せず	0.01	0.05
23 イブコナゾール	検出せず	0.01	—	68 クロルデン	検出せず	0.01	0.02
24 イブフェンカルバゾン	検出せず	0.01	0.05	69 クロルピリホス	検出せず	0.01	0.1
25 イブロジオン	検出せず	0.1	3.0	70 クロルピリホスメチル	検出せず	0.01	0.1
26 イプロベンホス (IBP)	検出せず	0.02	0.2	71 クロルフェンビンホス	検出せず	0.01	0.05
27 イマザキン	検出せず	0.01	0.05	72 クロルフルアズロン	検出せず	0.01	—
28 イマザリル	検出せず	0.01	0.05	73 クロロタロニル(TPN)	検出せず	0.01	0.1
29 イマゾスルフロ	検出せず	0.01	0.1	74 シアゾファミド	検出せず	0.01	0.05
30 イミダクロプリド	検出せず	0.1	1	75 シアントラニリプロール	検出せず	0.01	0.05
31 インダノファン	検出せず	0.01	0.05	76 ジウロン	検出せず	0.01	0.05
32 ウニコナゾールP	検出せず	0.01	0.1	77 シクロキシジム	検出せず	0.01	0.05
33 エスプロカルブ	検出せず	0.01	0.02	78 ジクロシメット	検出せず	0.05	0.5
34 エチプロール	検出せず	0.02	0.2	79 シクロスルファミロン	検出せず	0.01	0.1
35 エディフェンホス(EDDP)	検出せず	0.02	0.2	80 シクロプロトリン	検出せず	0.01	0.05
36 エトキシスルフロ	検出せず	0.01	0.02	81 ジクロベニル	検出せず	0.01	—
37 エトフェンブロックス	検出せず	0.05	0.5	82 ジクロホップメチル	検出せず	0.01	0.1
38 エトベンザニド	検出せず	0.01	0.1	83 ジクロメジン	検出せず	0.1	2
39 エンドスルファン	検出せず	0.01	0.1	84 ジクロルボス及びナレド	検出せず	0.02	0.2
40 エンドリン	検出せず	0.005	不検出	85 ジコホール	検出せず	0.01	0.02
41 オキサジアゾン	検出せず	0.01	0.02	86 ジスルホトン	検出せず	0.01	0.07
42 オキサジアルギル	検出せず	0.01	0.05	87 ジチオピル	検出せず	0.01	0.01
43 オキサジキシル	検出せず	0.01	0.1	88 ジノテフラン	検出せず	0.1	2
44 オキサジクロメホン	検出せず	0.01	0.05	89 シハロトリン	検出せず	0.05	0.5
45 オキサミル	検出せず	0.01	0.02	90 シハロホップブチル	検出せず	0.01	0.1

備考  
試験方法：平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」(GC-MS(/MS)法又はLC-MS(/MS)法)による。  
参考基準：米(玄米) 注) 可否の判断に際しましては官報等をご確認下さい。  
※試験結果の「検出せず」は定量下限値未達を示します。

試験項目	試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)	試験項目	試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)		
91	ジフェノコナゾール	検出せず	0.02	0.2	146	ビオレスメトリン	検出せず	0.1	1
92	シフルトリン	検出せず	0.1	2	147	ピカルブトラゾクス	検出せず	0.01	0.01
93	ジフルベンズロン	検出せず	0.01	—	148	ビスピリバックナトリウム塩	検出せず	0.01	0.1
94	シプロコナゾール	検出せず	0.01	0.1	149	ビフェノックス	検出せず	0.01	0.1
95	シベルメトリン	検出せず	0.09	0.9	150	ピペロニルブトキシド	検出せず	0.1	24
96	シメコナゾール	検出せず	0.01	0.1	151	ピメトロジン	検出せず	0.01	0.1
97	ジメタメトリン	検出せず	0.01	0.05	152	ピラクロニル	検出せず	0.01	0.05
98	ジメチピン	検出せず	0.01	0.04	153	ピラゾキシフェン	検出せず	0.01	0.1
99	ジメチルビンホス	検出せず	0.01	0.1	154	ピラゾスルフロソニエチル	検出せず	0.01	0.05
100	ジメトエート	検出せず	0.1	1	155	ピラゾリネート	検出せず	0.01	0.1
101	シメトリン	検出せず	0.01	0.05	156	ピラフルフェンエチル	検出せず	0.01	0.05
102	シラフルオフェン	検出せず	0.03	0.3	157	ピリフタリド	検出せず	0.01	0.02
103	シンメチリン	検出せず	0.01	0.1	158	ピリブチカルブ	検出せず	0.01	0.03
104	スピネトラム	検出せず	0.01	0.1	159	ピリベンカルブ	検出せず	0.02	0.2
105	スピノサド	検出せず	0.01	0.1	160	ピリミカーブ	検出せず	0.03	0.3
106	スルフェントラゾン	検出せず	0.01	0.05	161	ピリミスルファン	検出せず	0.01	0.05
107	スルホキサフロル	検出せず	0.1	1	162	ピリミノバックメチル	検出せず	0.01	0.05
108	ダイアジノン	検出せず	0.01	0.1	163	ピリミホスメチル	検出せず	0.02	0.20
109	ダイムロン	検出せず	0.01	0.1	164	ピレトリン	検出せず	0.1	3
110	チアクロプリド	検出せず	0.01	0.02	165	ピロキロン	検出せず	0.02	0.2
111	チアジニル	検出せず	0.1	1	166	フィプロニル	検出せず	0.01	0.01
112	チアベンダゾール	検出せず	0.1	2	167	フェナミホス	検出せず	0.01	0.02
113	チアメトキサム	検出せず	0.03	0.3	168	フェニトロチオン (MEP)	検出せず	0.02	0.2
114	チオジカルブ及びメソミル	検出せず	0.05	0.5	169	フェノキサスルホン	検出せず	0.01	0.05
115	チオベンカルブ	検出せず	0.02	0.2	170	フェノキサニル	検出せず	0.1	1
116	チフルザミド	検出せず	0.1	1	171	フェノキサブロップエチル	検出せず	0.01	0.05
117	テクナゼン	検出せず	0.01	0.05	172	フェノキシカルブ	検出せず	0.01	0.05
118	テニクロール	検出せず	0.01	0.1	173	フェノプカルブ (BPMC)	検出せず	0.1	1
119	テブコナゾール	検出せず	0.01	0.05	174	フェリムゾン	検出せず	0.1	2
120	テブフェンジド	検出せず	0.03	0.3	175	フェンチオン (MPP)	検出せず	0.03	0.3
121	テブフロキン	検出せず	0.05	0.5	176	フェントエート (PAP)	検出せず	0.01	0.05
122	テフリルトリオン	検出せず	0.01	0.02	177	フェントラザミド	検出せず	0.01	0.02
123	テフルベンズロン	検出せず	0.01	—	178	フェンバレレート	検出せず	0.1	2
124	デメトン-S-メチル	検出せず	0.04	0.4	179	フェンプロピモルフ	検出せず	0.03	0.3
125	トラルコキシジム	検出せず	0.01	0.02	180	フサライド	検出せず	0.1	1
126	トリアジメノール	検出せず	0.05	0.5	181	ブタクロール	検出せず	0.01	0.1
127	トリアジメホン	検出せず	0.03	0.3	182	ブタミホス	検出せず	0.01	0.05
128	トリアスルフロソ	検出せず	0.01	0.02	183	ブプロフェジン	検出せず	0.05	0.5
129	トリアファモン	検出せず	0.01	0.05	184	フラザスルフロソ	検出せず	0.01	0.02
130	トリアレート	検出せず	0.01	0.05	185	フラメトピル	検出せず	0.05	0.5
131	トリクロピル	検出せず	0.03	0.3	186	フルアジホップブチル	検出せず	0.01	—
132	トリクロロホン (DEP)	検出せず	0.02	0.20	187	フルオメツロン	検出せず	0.01	0.1
133	トリシクラゾール	検出せず	0.1	3	188	フルキサピロキサド	検出せず	0.1	3
134	トリチコナゾール	検出せず	0.01	0.05	189	フルジオキソニル	検出せず	0.01	0.02
135	トリデモルフ	検出せず	0.01	0.05	190	フルシトリネート	検出せず	0.01	0.05
136	トリフルミゾール	検出せず	0.01	0.05	191	フルセトスルフロソ	検出せず	0.01	0.05
137	トリフルムロン	検出せず	0.01	0.05	192	フルトラニル	検出せず	0.1	2
138	トリフルラリン	検出せず	0.01	0.05	193	フルピラジフロソ	検出せず	0.01	0.05
139	トリフロキシストロビン	検出せず	0.1	2	194	フルロキシピル	検出せず	0.01	0.1
140	トルブロカルブ	検出せず	0.03	0.3	195	プレチラクロール	検出せず	0.01	0.03
141	ニテンピラム	検出せず	0.03	0.3	196	プロクロラズ	検出せず	0.1	2
142	パクロブトラゾール	検出せず	0.01	0.02	197	プロシミドン	検出せず	0.01	—
143	パラチオン	検出せず	0.01	不検出	198	プロパニル (DCPA)	検出せず	0.02	0.2
144	パラチオンメチル	検出せず	0.1	1.0	199	プロパモカルブ	検出せず	0.01	0.1
145	ハロスルフロソメチル	検出せず	0.01	0.05	200	プロピコナゾール	検出せず	0.01	0.1

備考  
 試験方法：平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」(GC-MS(/MS)法又はLC-MS/MS法)による。  
 参考基準：米(玄米) 注) 可否の判断に際しましては官報等をご確認下さい。  
 ※試験結果の「検出せず」は定量下限値未満を示します。

